CooperVision

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Раствор многофункциональный для контактных линз
с гиалуроновой кислотой

ТОЧНАЯ ОПТИКА ELITE
(COOPER VISION)

ТОЧНАЯ ОПТИКА
ДЛЯ ВАШИХ ГЛАЗ

CooperVision

НАИМЕНОВАНИЕ

Раствор многофункциональный Точная Оптика Elite (Cooper Vision) для контактных линз

НАЗНАЧЕНИЕ И ОПИСАНИЕ

Раствор многофункциональный Точная Оптика Elite (Cooper Vision) для контактных линз может быть выписан врачом-офтальмологом или оптометристом для ухода за всеми типами мягких контактных линз, включая силикон-гидрогелевые.
Раствор многофункциональный Точная Оптика Elite (Cooper Vision) для контактных линз используется для очистки, увлажнения, дезинфекции, удаления белковых отложений, смазывания, промывания и хранения мягких контактных линз.
Предназначен для личного индивидуального использования с соблюдением инструкции по применению и мер предосторожности.
Не содержит лекарственные средства. Не содержит материалы животного и (или) человеческого происхождения.
Не подлежит повторной стерилизации и дезинфекции.

ПОКАЗАНИЯ И ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ

Не использовать при индивидуальной непереносимости компонентов раствора.
Возможные побочные эффекты
Аллергические реакции на компоненты раствора

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЯ И МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

• Внимательно ознакомьтесь с инструкцией по применению перед началом использования изделия.
• Тщательно вымойте и высушите руки перед началом любых манипуляций с контактными линзами.
• Не смешивайте раствор с другими жидкостями.
• Обязательно проконсультируйтесь со специалистом перед применением раствора.
• Не используйте раствор, если защитная пломба повреждена.
• В случае постоянного раздражения глаз, немедленно прекратите использование раствора, извлеките линзу из глаза и проконсультируйтесь со специалистом.
• Не используйте раствор по истечении 3 месяцев после вскрытия флакона.

ТОЧНАЯ ОПТИКА ДЛЯ ВАШИХ ГЛАЗ

• Храните раствор в недоступном для детей месте.
• Не допускайте соприкосновения наконечника флакона с любыми поверхностями.
• Плотно закрывайте крышку флакона после каждого использования.
• Не промывайте контактные линзы или контейнер для хранения контактных линз в проточной воде.
• Не используйте раствор по истечении срока годности, указанного на упаковке.
• Не меняйте раствор без рекомендации специалиста.
• Не глотайте раствор.
• Не используйте раствор повторно. При хранении линзы в растворе более 7 дней, рекомендуется повторить процедуру дезинфекции.
• Во время дезинфекции держите контейнер для хранения линз в вертикальном положении в безопасном (вдали от детей) месте.
• Во время хранения не снимайте крышку с контейнера для хранения линз.
• Очищайте, промывайте и заменяйте контейнер для хранения линз с периодичностью, рекомендованной специалистом. Рекомендуется утилизировать контейнер для хранения линз после 31 использования или 1 месяца ежедневного использования.
• Не используйте для промывания контейнера мыло или другие чистящие средства.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

Стадия 1 - очистка

• Тщательно вымойте и высушите руки перед началом любых манипуляций с контактными линзами.
• Поместите одну линзу на ладонь и налейте в нее несколько капель многофункционального раствора.
• Осторожно потрите каждую сторону линзы кончиком указательного пальца в течение 15-20 секунд. Манипуляции рекомендовано начинать с правой линзы во избежание путаницы.

Стадия 2 – промывание

• После очистки промойте линзу многофункциональным раствором.

Стадия 3 - дезинфекция

• Откройте контейнер для хранения контактных линз и положите линзу в соответствующее отделение контейнера. Заполните отделение контейнера с линзой многофункциональным раствором, немного не доходя до его краев. Плотно закройте крышку.

• Повторите все стадии и манипуляции со второй линзой.
• Оставьте линзы в растворе не менее, чем на 4 часа или на всю ночь, не вынимая их.
• Рекомендуется проводить повторную дезинфекцию при длительном периоде хранения линз – 7 дней или более.

Уход за контейнером для хранения контактных линз

После использования контейнера для контактных линз, тщательно промойте контейнер многофункциональным раствором и дайте ему высохнуть. Не используйте для промывки мыло или другие чистящие средства. Если контейнер не используется, он должен храниться сухим и меняться с частотой, рекомендованной специалистом. Не промывайте контактные линзы или контейнер для хранения контактных линз в проточной воде.

Комфорт при ношении контактных линз

Для улучшения комфорта и увлажнения контактной линзы, на обе ее поверхности может быть нанесено несколько капель многофункционального раствора до надевания линзы на глаз.

СОСТАВ РАСТВОРА И МАТЕРИАЛЫ УПАКОВКИ

Раствор: полиаминопропил бигуанид; блок-сополимер этиленоксида и пропиленоксида; динатриевая соль ЭДТУ; безводный динатрий фосфат; натрия хлорид; бигидрат мононатрийфосфата; натрия гиалуронат; вода очищенная.

Контейнер для хранения линз: полипропилен белый, серый жемчужный; внутреннее антибактериальное покрытие из ионов серебра.

Бутылка, колпачок с защитой от вскрытия: полиэтилен высокой плотности.

Наконечник: полиэтилен низкой плотности.

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Технические характеристики раствора

Цвет - Прозрачный, бесцветный раствор
Запах- Без запаха
Осмоляльность*, мОсм/кг - 270-330
pH при 20oC* - 6,8 -7,2

Технические характеристики контейнера для хранения линз

ДхШхВ (с крышками)*: 67,38 мм x 35,78 мм x 19 мм
*допустимое отклонение (±10%).

Стерильность

Раствор стерилизован методом фильтрации через стерильный антибактериальный мембранный фильтр и методом асептического розлива в стерильные флаконы (пар, автоклавирование).
Первичная упаковка, включая все ее комплектующие, стерилизуется радиацией.
Уровень стерильности (SAL) для этого изделия - 10-3 или выше.

ХРАНЕНИЕ, ТРАНСПОРТИРОВКА И СРОК ГОДНОСТИ

Раствор необходимо хранить при температуре от 4° до 30°C.
Кратковременные отклонения от указанного интервала температур не оказывают значительного эффекта на стабильность изделия.
Раствор можно перевозить при температуре от -18°C до 40°C любыми видами крытых транспортных средств.
Кратковременные отклонения от указанного интервала температур не оказывают значительного эффекта на стабильность изделия.
Целостность упаковки сохраняется при обычных процедурах погрузки и транспортировки, сохраняя стерильность изделия.
Срок годности раствора составляет 3 года с даты производства.
Дата производства и дата истечения срока годности указаны на упаковке.
Не используйте раствор по истечении 3 месяцев после вскрытия флакона.

ВЛИЯНИЕ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ

Изделия при правильном использовании, транспортировке, хранении и утилизации не оказывают негативного воздействия на человека и окружающую среду.

ГАРАНТИЯ

Производитель гарантирует качество изделия в течение всего срока годности при соблюдении потребителем условий эксплуатации, транспортирования и хранения.

ИНФОРМАЦИЯ О ПРОИЗВОДИТЕЛЕ И РАЗРАБОТЧИКЕ

CooperVision Manufacturing Ltd.,
South Point, Hamble, Southampton, SO31 4RF, United Kingdom

ИНФОРМАЦИЯ О МЕСТАХ ПРОИЗВОДСТВА

• CooperVision Manufacturing Ltd., South Point, Hamble, Southampton, SO31 4RF, United Kingdom;
• CooperVision Lens Care Limited, Mace Industrial Estate, Mace Lane, Ashford, Kent TN24 8EP, United Kingdom.

СООТВЕТСТВИЕ СТАНДАРТАМ

BS EN ISO 13485:2012
BS EN ISO 14971:2012
BS EN ISO 11978:2014
BS EN 15223-1: 2012
BS EN ISO 14644-1:1999
BS EN ISO 14644-2:2000
BS EN 556-2:2015
BS EN ISO 14730:2014
BS EN ISO 14729:2001/A1:2010
ISO 11981:2009
BS EN ISO 13408-1:2015
BS EN ISO 11137-1:2015
BS EN ISO 11137-2:2015
BS EN ISO 10993-1:2009
BS EN ISO 14155:2011
ISO 11980:2012
ISO 13212:2011